

有關嬌生安視優隱形眼鏡回收清單(製表日期 106.10.20 18:30)

	產品名稱 (產品許可證)	產品規格	受影響批號 (盒數)	回收原因
1	安視優超涵水每日拋棄式隱形眼鏡 (衛署醫器輸字第 014442 號)	產品規格: 基弧: 9.0, 度數: -3.00D	2836840101 (357 盒:30 片裝) 2836840102 (158 盒:30 片裝)	部分隱形眼鏡之保存液，因濃度問題，可能導致使用者眼睛不適。
2	安視優歐舒適二週拋棄式隱形眼鏡 (衛署醫器輸字第 019566 號)	產品規格: 基弧: 8.8, 度數: -4.00D	L002NCS (50 盒:6 片裝)	製造過程中用於定期清潔之刷毛，可能因清潔過程中脫落混入部分隱形眼鏡產品中。
3	安視優超涵水散光每日拋棄式隱形眼鏡 (衛署醫器輸字第 021651 號)	產品規格: 基弧: 8.5, 度數: -7.50D 散光度 數:-1.25 D 散光軸 度:180°	B00LF41 (200 盒:30 片裝)	

此次新增回收產品：安視優超涵水散光每日拋棄式隱形眼鏡(衛署醫器輸字第 021651 號)

產品批號可以在產品的包裝外盒或鏡片的鋁箔包裝上找到
相關圖示如下

(1) 產品名稱:安視優超涵水每日拋棄式隱形眼鏡 (許可證字號:衛署醫器輸字第 014442 號)

產品規格: 基弧: 9.0, 度數: -3.00D

受影響批號: 2836840101

受影響批號: 2836840102



(2) 產品名稱:安視優歐舒適二週拋棄式隱形眼鏡 (許可證字號:衛署醫器輸字第 019566 號)

產品規格: 基弧: 8.8, 度數: -4.00D

受影響批號:L002NCS



(3) 產品名稱:安視優超涵水散光每日拋棄式隱形眼鏡

(許可證字號:衛署醫器輸字第 021651 號)

產品規格: 基弧: 8.5, 度數: -7.50D

散光度數:-1.25 D, 散光軸度:180°

