

特殊需求者口腔醫學科專科醫師訓練機構認定基準修正對照表

修正規定	現行規定	說明
壹、訓練機構條件/標準：	壹、訓練機構條件/標準：	無修正
一、醫療業務/標準：	一、醫療業務/標準：	無修正
<p>二、醫療設施及設備/標準：</p> <p>一、專屬治療區，並符合無障礙設施設備設計標準。</p> <p>二、專屬治療椅：至少二台。</p> <p>三、特殊需求者牙科臨床治療設備</p> <p>(一) X光設備：拍攝根尖片、全景環口設備至少各一台，符合輻射安全規格之X光室，成像設備。</p> <p>(二) 技工室。</p> <p>(三) 束縛板 (papoose board, pedi wrap 或相關設備)。</p> <p>(四) 張口器。</p> <p>(五) 牙科治療所需儀器及器械。</p> <p>(六) 消毒設備：高溫高壓滅菌鍋一台。</p> <p>四、執行鎮靜或全身麻醉下之牙科治療設備</p> <p>(一) 鎮靜或全身麻醉設備。</p> <p>(二) 移動式牙科治療機組：至少一組。</p> <p>(三) 移動式X光機：至少一台。</p>	<p>二、醫療設施及設備/標準：</p> <p>一、專屬治療區，並符合無障礙設施設備設計標準。</p> <p>二、專屬治療椅：至少二台。</p> <p>三、特殊需求者牙科臨床治療設備</p> <p>(一) X光設備：拍攝根尖片、全景環口設備至少各一台，符合輻射安全規格之X光室，成像設備。</p> <p>(二) 技工室。</p> <p>(三) 束縛板 (papoose board, pedi wrap 或相關設備)。</p> <p>(四) 張口器。</p> <p>(五) 牙科治療所需儀器及器械。</p> <p>(六) 消毒設備：高溫高壓滅菌鍋、<u>浸泡式消毒設備至少各一台。</u></p> <p>四、執行鎮靜或全身麻醉下之牙科治療設備</p> <p>(一) 鎮靜或全身麻醉設備。</p> <p>(二) 移動式牙科治療機組：至少一組。</p> <p>(三) 移動式X光機：至少</p>	<p>消毒滅菌設備應符合感染管制規範，爰刪除浸泡式消毒設備。</p>

<p>(四)牙科器械櫃：至少一台。</p> <p>(五)高速抽吸機。</p> <p>(六)氧氣輸出設備。</p> <p>(七)生命徵象監控設備。</p> <p>(八)急救設備。</p> <p>(九)排氣系統 (scavenging system)：達到需求。</p> <p>(十)恢復室。</p> <p>五、鎮靜或全身麻醉恢復室或空間</p> <p>(一)血氧計(oximeter)：至少一台。</p> <p>(二)生理監控設備。</p> <p>(三)氧氣供應設備。</p> <p>(四)抽吸設備。</p> <p>(五)保暖設備。</p>	<p>一台。</p> <p>(四)牙科器械櫃：至少一台。</p> <p>(五)高速抽吸機。</p> <p>(六)氧氣輸出設備。</p> <p>(七)生命徵象監控設備。</p> <p>(八)急救設備。</p> <p>(九)排氣系統 (scavenging system)：達到需求。</p> <p>(十)恢復室。</p> <p>五、鎮靜或全身麻醉恢復室或空間</p> <p>(一)血氧計(oximeter)：至少一台。</p> <p>(二)生理監控設備。</p> <p>(三)氧氣供應設備。</p> <p>(四)抽吸設備。</p> <p>(五)保暖設備。</p>	
<p>三、人員</p>	<p>三、人員</p>	<p>無修正</p>
<p>四、品質管制、品質評估指定項目</p>	<p>四、品質管制、品質評估指定項目</p>	<p>無修正</p>