

## 助產機構設置標準修正草案總說明

助產機構設置標準（以下稱本標準）於九十四年八月三日依據助產人員法（以下稱本法）第十三條第三項規定訂定發布，迄今未曾修正。

依本法第二十五條規定，助產人員之業務，包括接生、產前檢查及保健指導、產後檢查及保健指導、嬰兒保健指導、生育指導及其他經中央主管機關認定之項目。助產人員是孕育期婦女及其家庭之主要照護者，過去甚至是婦女生產之主要接生者，助產人員可以在任何環境中進行照護實務，包括家庭、社區、醫院、診所或其他醫療單位。隨著醫療環境及社會環境之變遷，目前約有百分之九十九之產婦在醫療院所生產，現有二十一家開業助產機構，其中十七家與健保合約，接生業務大多以居家接生為多。

為因應助產機構開業環境變遷，參酌物理治療所設置標準及職能治療所設置標準規定，物理治療所、職能治療所得擇定部分業務項目開業之體例，檢討修正本標準，使助產機構，得就助產人員法所定各項助產人員業務，擇定其中一項或數項業務，申請開業登記，作為助產機構業務項目，以增進助產機構之開業彈性，並期以促進助產機構之活化與存續，爰擬具本標準修正草案，全文計八條，其修正重點如下：

- 一、增訂助產機構得就助產人員法所定各項助產人員業務，申請其中一項或數項，登記開業。（修正條文第二條）
- 二、增訂助產機構應有醫材儲藏設施、執行相關業務紀錄放置場所並有專人管理之基本設施。（修正條文第四條）
- 三、因應於助產機構內或助產機構外執行接生業務所需設備不同，爰分別明定應有設備規定。（修正條文第五條、第六條）
- 四、建立主管機關對助產機構之督導考核機制，以促進維護助產機構服務品質。（修正條文第七條）

## 助產機構設置標準修正草案條文對照表

修正條文	現行條文	說明
第一條 本標準依助產人員法第十三條第三項規定訂定之。	第一條 本標準依助產人員法第十三條第三項規定訂定之。	本條未修正。
<p>第二條 助產機構得就下列各款業務，申請其中一款或數款，登記開業：</p> <p>一、接生：</p> <p>（一）於助產機構內接生。</p> <p>（二）於助產機構外接生。</p> <p>二、產前檢查及保健指導。</p> <p>三、產後檢查及保健指導。</p> <p>四、嬰兒保健指導。</p> <p>五、生育指導。</p> <p>六、其他經中央主關機關認定之項目。</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、依本法第二十五條規定，助產人員之業務，包括接生、產前檢查及保健指導、產後檢查及保健指導、嬰兒保健指導、生育指導及其他經中央主管機關認定之項目。</p> <p>三、為因應助產機構開業環境變遷，爰參照物理治療所設置標準及職能治療設置標準之立法例，助產機構得就助產人員法所定各項助產人員業務，申請其中一項或數項，登記開業。</p> <p>四、本條各款業務，得依本法第十二條第二項規定，應邀出外執行；例如應邀至孕產婦及其家庭所在場域，執行居家接生（助產機構外接生），以及從產前到產後提供連續性之指導等。</p>
<p>第三條 助產機構得依需要設置九床以下之觀察床。</p> <p>觀察床應設聯繫設備及隔離視線之屏障物。</p>	<p>第二條 助產機構得依需要設置九床以下之觀察床。</p> <p>觀察床應設聯繫設備及隔離視線之屏障物。</p>	條次變更。
<p>第四條 助產機構應有下列基本設施：</p> <p>一、醫材儲藏設施。</p> <p>二、應有執行相關業務紀錄放置場所，並有專人管理。</p>		<p>一、<u>本條新增</u>。</p> <p>二、界定助產機構應有之基本設施。</p>
第五條 助產機構於機構	第三條 助產機構應有下列	一、因助產機構於不同場域

<p>內執行接生，應符合下列規定：</p> <p>一、應有下列之基本設備：</p> <p>(一) 產房。</p> <p>(二) 觀察室。</p> <p>(三) 觀察床。</p> <p>(四) 嬰兒床。</p> <p>(五) 產台。</p> <p>(六) 保溫箱。</p> <p>(七) 消毒鍋。</p> <p>(八) 調奶設備。</p> <p>二、應具備下列藥物及設備：</p> <p>(一) 接生器材用物。</p> <p>(二) 血壓計及聽診器。</p> <p>(三) 成人及嬰兒體重計。</p> <p>(四) 成人及嬰兒身高測量計。</p> <p>(五) 灌腸、導尿管、沖洗器。</p> <p>(六) 會陰縫合器材。</p> <p>(七) 子宮收縮劑（口服藥及針劑）。</p> <p>(八) 新生兒用藥膏。</p> <p>三、應具備下列急救藥物及設備：</p> <p>(一) 氧氣。</p> <p>(二) 鼻管。</p> <p>(三) 人工氣道。</p> <p>(四) 氧氣面罩。</p> <p>(五) 抽吸設備。</p> <p>(六) 甦醒袋。</p> <p>(七) 靜脈點滴設備。</p> <p>(八) 強心針。</p> <p>產房及嬰兒床不得設置於地下室。</p>	<p>之基本設備：</p> <p>一、產房。</p> <p>二、觀察室。</p> <p>三、觀察床。</p> <p>四、嬰兒床。</p> <p>五、產台。</p> <p>六、保溫箱。</p> <p>七、消毒鍋。</p> <p>八、調奶設備。</p> <p>產房及嬰兒床不得設置於地下室。</p> <p>第四條 助產機構執行接生業務時，應具備下列藥物及設備：</p> <p>一、接生器材用物。</p> <p>二、血壓計及聽診器。</p> <p>三、成人及嬰兒體重計。</p> <p>四、成人及嬰兒身高測量計。</p> <p>五、灌腸、導尿管、沖洗器。</p> <p>六、會陰縫合器材。</p> <p>七、子宮收縮劑（口服藥及針劑）。</p> <p>八、新生兒用藥膏。</p> <p>第五條 助產機構應具備急救下列藥物及設備：</p> <p>一、氧氣。</p> <p>二、鼻管。</p> <p>三、人工氣道。</p> <p>四、氧氣面罩。</p> <p>五、抽吸設備。</p> <p>六、甦醒袋。</p> <p>七、靜脈點滴設備。</p> <p>八、強心針。</p>	<p>執行接生業務所需設備及藥物不同，爰將現行條文第三條至第五條合併修正為本條。有關登記於助產機構內接生業務者應有之基本設備等，明定於本條；有關登記於助產機構外接生業務者則規定於次條。</p> <p>二、現行條文第三條，移列為本條第一項第一款；現行條文第四條，移列為本條第一項第二款；現行條文第五條，移列為本條第一項第三款。</p> <p>三、現行條文第三條第二項，移列為本條第二項。</p>
<p>第六條 助產機構於機構外接生，應符合下列規定：</p> <p>一、應具備下列藥物及設備：</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、增訂理由同前條說明一。</p> <p>三、參酌現行條文第四條、第五條規定，明定助產</p>

<p>(一) 接生器材用物(產包)。</p> <p>(二) 血壓計及聽診器。</p> <p>(三) 嬰兒體重計。</p> <p>(四) 嬰兒身高測量計。</p> <p>(五) 灌腸、導尿管、沖洗器。</p> <p>(六) 會陰縫合器材。</p> <p>(七) 子宮收縮劑(口服藥及針劑)。</p> <p>(八) 新生兒用藥膏。</p> <p>(九) 消毒鍋。</p> <p>二、應具備下列急救藥物及設備：</p> <p>(一) 氧氣。</p> <p>(二) 鼻管。</p> <p>(三) 人工氣道。</p> <p>(四) 氧氣面罩。</p> <p>(五) 抽吸設備。</p> <p>(六) 甦醒袋。</p> <p>(七) 靜脈點滴設備。</p> <p>(八) 強心針。</p>		<p>機構登記於助產機構外接生業務者應符合之規定。</p> <p>四、第一款接生器材用物以產包攜帶，以利於助產機構外接生。</p> <p>五、一般住家等場所已有測量成人身高體重之工具，免由助產機構人員攜帶前往，爰不列成人之體重及身高測量計。</p> <p>六、助產機構於該機構外接生者，仍有於機構內將器材消毒之需，爰於第一款第九目明定應具備消毒鍋。</p>
<p>第七條 直轄市、縣(市)主管機關對轄區內助產機構業務，應定期實施督導考核。</p>		<p>一、本條新增。</p> <p>二、參考實務上地方政府為維護機構品質，對機構於設立時及開業期間定期或不定期督導考核之需求，爰訂定本條。</p>
<p>第八條 本標準自發布日施行。</p>	<p>第六條 本標準施行日期，除<u>第三條第六款規定自中華民國九十六年一月一日施行外</u>，自發布日施行。</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、本次為全文修正，依法制體例施行日期係以新訂案方式處理，爰修正本條。</p>